

**Piotr Szela**

Sprzedaż i Naprawa Sprzętu Stomatologicznego  
35-206 Reszów ul. Broniewskiego 34  
NIP: 813-172-66-58

Telefon (017) 860 03 45; 502 687 931  
Faks (017) 860 03 46

## WYCENA

Unit stomatologiczny Mistral Lprod. Stern Weber, nr fabryczny: 074,8105

3-modułowa aluminiowa konsola (rękawki od góry) zawierająca:

- moduł trójdrożnej strzykawki - moduł turbiny z turbiną PA-TU M4 NSK
- moduł skalera pneumatycznego (Midwest) i skaler pneumatyczny NSK
- moduł mikromotora pneumatycznego z mikrosilnikiem i kątnicą S25
- tacka na ramieniu
- hydrauliczny fotel dentystyczny
- zagłówek chirurgiczny (dwie osie obrotu)
- automatyczny powrót do pozycji "0"
- sterownik funkcji fotela w podstawie fotela, sterownik nożny
- bezzwowa tapicerka, kolor szary
- lampa oświetlenia głównego
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki
- ceramiczna, odchylana tumba ze splukiwaniem i przyciskiem obsługi kubka i opłukiwania miski
- ślinociąg wodny

### Stopień zużycia

1. unit stomatologiczny : stan unitu dobry, uszkodzona kratka przelewowa pod kubkiem, wymienione rękawki końcówek, brak wycieków oleju z układu hydraulicznego fotela.

Unit sprawny technicznie,

stopień zużycia 60%

2. Końcówki:

- skaler wymieniono na nowy w 2009 r.,  
zużycia 10%
- kątnica, turbina, mikrosilnik  
zużycia 80%

stopień

stopień

### Wycena:

wartość unitu w powyższej konfiguracji wyceniam na 10.000,00 zł

